

Tabela 1

		Ilość pacjentek	% pacjentek
1.	Czy była Pani w stanie samodzielnie przeprowadzić badanie po szkoleniu telefonicznym/wideo?		
	Tak, bez żadnych trudności. Przeprowadziłam badanie samodzielnie	31	96,88%
	Potrzebowałam dodatkowej pomocy:		
	Konsultacja z położną	1	3,13%
	Czytanie instrukcji obsługi	0	0%
	Oglądanie filmu instruktażowego na urządzeniu	0	0%
	Nie byłam w stanie przeprowadzić badania samodzielnie z powodu:		
	System był całkowicie nieintuicyjny	0	0%
	Brak możliwości konsultacji z położną	0	0%
2.	Jak ocenia Pani samodzielne wykrywanie tętna płodu za pomocą urządzenia? (W skali 1-10)		
	10	10	31,25%
	9	8	25%
	8	6	18,75%
	7	5	15,63%
	6	2	6,25%
	5	1	3,13%
	4 lub mniej	0	0%
3.	Czy badania KTG przebiegały bez zakłóceń?		
	Bez zakłóceń	25	78,13%
	Badanie KTG zostało przerwane z powodu:		
	Wielokrotne utraty sygnału	5	15,63%
	Trudności techniczne	2	6,25%
4.	Czy musiała Pani powtórzyć badanie KTG z powodu trudności technicznych?		
	Nie	17	53,13%
	Tak wielokrotne utraty sygnału	13	40,63%
	Tak, rozładowane urządzenia	2	6,25%
5.	Czy odczuła Pani potrzebę kontaktu z położną podczas badania?		
	Nie	30	93,75%
	Tak	2	6,25%
6.	Które badanie było dla Pani bardziej komfortowe?		
	Samodzielne badanie KTG w domu	30	93,75%
	Badanie KTG w placówce medycznej	2	6,25%
7.	Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują Pani odczucia podczas samodzielnych badań KTG w domu?		
	Czułam się komfortowo i bezpiecznie	28	87,5%
	Czułam jakby nikt nie nadzorował badania	0	0%
	Czułam się zaopiekowana przez położną i lekarza	23	71,88%
	Czułam się pozostawiona sama sobie	0	0%
	Zaoszczędziłam czas na podróżach do placówki medycznej	13	40,63%
	Preferuje badania stacjonarne	3	9,38%
	Odczuwałam stres w trakcie badania	4	12,5%
	Przygotowanie do badania jest czasochłonne i skomplikowane	0	0%
	Doceniam możliwość wykonywania badania KTG w domu bez konieczności stawiania się do placówek medycznych	10	31,25%
8.	Jakie trudności Pani napotkała w trakcie badań?		
	Żadnych	22	68,75%
	Prawidłowe umiejscowienie sondy FHR	7	21,88%
	Trudności w dostępie do systemu telemedycznego	2	6,25%
	Prawidłowe umiejscowienie sondy TOCO	1	3,13%
9.	Czy jest coś co mogłoby poprawić Pani komfort w trakcie badań KTG w domu?		
	Nie	29	90,63%
	Tak, większa czułość sondy FHR	3	9,38%
10.	Czy poleciałaby Pani domowe KTG innym ciężarnym lub skorzystała z tego rozwiązania w kolejnej ciąży?		
	Zdecydowanie TAK	32	100%
	Prawdopodobnie TAK	0	0%
	Cieężko powiedzieć	0	0%
	Raczej NIE	0	0%
	Zdecydowanie NIE	0	0%
11.	Czy uważasz, że jakikolwiek element procedury wymaga dodatkowego wyjaśnienia?		
	Nie	32	100%
	Tak	0	0%
12.	Czy uważasz, że przeprowadzenie samodzielnych badań KTG jest łatwe czy trudne ?		
	Łatwe	32	100%
	Trudne	0	0%